

Augustów, dnia 14.12.2020 r.

Dot. **Dostawa urządzeń AED w miejscach dostępnych dla każdego (np. elewacje zewnętrzne budynków)**".

## **Pytania i odpowiedzi**

### **Pytanie 1**

**Dotyczy:** "Jeden, uniwersalny typ elektrod dla wszystkich grup wiekowych pacjentów z 5-letnim okresem przydatności", "Tryb pediatryczny uruchamiany za pomocą jednego przycisku."

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED, który działa w oparciu o dedykowane elektrody dla dorosłych i dla dzieci z okresami przydatności odpowiednio 5 i 2 lata?. Automatyczna redukcja energii wyładowania przy podłączeniu elektrod pediatrycznych.

**ODP: Zamawiający nie dopuszcza oddzielnych elektrod.**

### **Pytanie 2**

**Dotyczy:** "Waga defibrylatora"

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED o masie 3,1 kg?

Taka niewielka różnica, która nie ma istotnego wpływu na transport urządzenia w razie konieczności użycia, a znacznie zwiększa szansę na zaproponowanie i dostarczenie wyższej jakości sprzętu.

**ODP: Nie dopuszczamy.**

### **Pytanie 3**

**Dotyczy:** "Szafka zewnętrzna"

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę zewnętrzną na defibrylator na zasadzie równoważności tj. wyposażoną w moduł grzewczo-chłodzący oraz alarm świetlny i dźwiękowy wykonaną z lekkiego, wytrzymałego i wysokoudarowego materiału ABS zamykaną na zrywalną plombę?

**ODP: Nie dopuszczamy.**

### **Pytanie 4**

**Dotyczy:** "Możliwość szkolenia na urządzeniu – symulator rytmów"

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą symulatorów rytmów do celów szkoleniowych?

**ODP: TAK**

**Pytanie 5**

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inny model defibrylatora, to jest taki, który nie posiada elektrod o 5 letnim okresie przydatności, natomiast zobowiązuje się wymienić elektrody w ramach nieodpłatnego serwisu?

**ODP: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie 6**

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie inne(nie zawierającego piktogramów)?

**ODP: Nie dopuszczamy.**

**Pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego.**

**BURMISTRZ**

**Mirosław Karolczuk**

.....  
(Kierownik zamawiającego  
lub osoba upoważniona)